



测量设备溯源抽查表


编号: 0079-2019-2022


企业名称	安徽豪家管业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	炭黑含量测定仪	0224	CBC3500	$U=0.3^{\circ}\text{C}, k=2$	多点温湿度测试仪	阜阳远大计量检测有限公司	2022.05.04	√
质量部	电子吊秤	0281	OOS-3t	$U=0.05\text{kg}, k=2$	砝码	阜阳远大计量检测有限公司	2022.05.04	√
质量部	差热扫描量热仪	201712280	DSC-100	$U=4\text{J/g}, k=2$	电子天平、苯甲酸热量标准物质	阜阳远大计量检测有限公司	2022.05.04	√
质量部	维卡软化点测定仪	2021022401	XRW-300D	$U=0.1^{\circ}\text{C}, k=2$	电子秒表、多点温湿度测试仪 5等量块	阜阳远大计量检测有限公司	2022.03.07	√
生产技术部	游标卡尺	04	(0~150)mm	最大允许误差 $\pm 0.03\text{mm}$	量块: 5等	阜阳远大计量检测有限公司	2022.05.05	√
生产技术部	外径派尺	001	(15-55)mm	$U=0.02\text{mm}, k=2$	读数显微镜、标准钢卷尺	阜阳远大计量检测有限公司	2022.05.05	√

审核综合意见: 说明: 表中测量标准装置名称及技术参数项除 5 项外校准单位均提供技术参数。

企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》、企业未建最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。企业测量设备全部委托阜阳远大计量检测有限公司检定/校准, 校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况, 该企业的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 5 月 25 日上午 ~ 5 月 26 日上午

审核员签字: 

部门代表签字: 

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。