



编号: 0041-2018-2022

### 不符合项报告

企业名称:	江西美达教育设备集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质检部	陪同人员:	杨国平
<p>不符合事实描述:</p> <p>远程审核, 检查了企业提供的编号 MDW-001, 型号 YHT01 的水份仪校准证书, 校准日期为 2022 年 05 月 11 日, 查《测量设备台账》中未将此测量设备列入台帐统一管控, 不符合要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√;</p> <p>审核员(签名) <u>卡略波</u> 陪同人员(签名) <u>杨国平</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>张雨兰</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022.06.02</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>立即更新《计量器具台账》, 并检查管理体系其他环节是否有类似事件发生。</p> <p>企业部门代表签名: <u>张雨兰</u>                      审核员签名: <u>卡略波</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>吴志平</u>                      日期: 2022.06.02</p>			

可另附页