



编号: 0777-2022

不符合项报告

| | | | |
|--|--------------|-----------|----|
| 企业名称: | 河北翔尔仪表科技有限公司 | 不符合报告编号: | 01 |
| 受审核部门: 质量部 | | 陪同人员: 宋新广 | |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>查质量部, 出厂编号为 236 的水表校验装置已溯源, 但未提供出验证资料。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>7.1.1 计量确认总则</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <input type="checkbox"/>; 次要不符合 <input checked="" type="checkbox"/>;</p> <p>审核员(签名) <u>刘霞萃</u> 陪同人员(签名) <u>宋新广</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>吴方宇</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022 年 6 月 12 日</p> | | | |
| <p>纠正措施:</p> <p><u>立即对编号为 236 的校验装置进行计量验证, 并保存好资料, 举一反三整改。</u></p> <p>企业部门代表签名: <u>吴方宇</u> 审核员签名: <u>刘霞萃</u></p> | | | |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p><u>纠正措施可行</u></p> <p>审核组代表签名: <u>刘霞萃</u> 日期: 2022 年 6 月 12 日</p> | | | |

可另附页