



编号: 0179-2018-2022

不符合项报告

企业名称:	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	不符合报告编号:	2022072901
受审核部门:	炼钢作业区	陪同人员:	徐宏
<p>不符合事实描述:</p> <p>抽查快速钢水测温仪 (编号 DC2013059) 的《仪表校准记录》 CLJL15/JL-066, 校准依据《钢水定氧测温仪校准规范》, 级别 0.5 级。与《酒钢集团榆中钢铁有限责任公司榆钢炼钢分厂 (公司) 计量器具台帐》中填写的“检定结果”为“合格”, “被检记录器具和准确度等级”为“±3℃”不一致。台账填写有误。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 6.3.1 测量设备</p> <p>不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <input checked="" type="checkbox"/> ;</p> <p>审核员 (签名) <u>柯冰</u> 陪同人员 (签名) <u>徐宏</u></p> <p>企业部门代表 (签名) <u>黄林志</u> 日期: 2022.7.29</p> <p>纠正措施: 将炼钢作业区计量台帐中“检定结果”一栏修改为“验证结果”, 将准确度等级修改为 0.5 级, 并检查其他的测量设备在台帐中是否有错误, 如有, 及时修正。</p> <p>企业部门代表签名: <u>黄林志</u> 审核员签名: <u>柯冰</u></p> <p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效, 同意关闭。</p> <p>审核组代表签名: <u>柯冰</u> 日期: 2022.8.8</p>			

可另附页

酒钢集团榆中钢铁有限责任公司榆钢炼钢分厂（公司）计量器具台帐

序号	器具编号	器具名称	检定单位名称	送检单位名称	ABC类	项别	验证结果	检定周期	检定日期	有效日期	计划检定日期	标准器名称	出厂编号	出厂日期	被检计量器具准确度	规格型号
1417	DC20130118	快速钢水测温仪1	榆钢检修分厂	榆钢公司	A	热学	合格	6	2022-3-6	2023-3-5	2023-3-5	标准信号发生器	DC20130118	2013-1-18	0.5级	DigiTemp-C
1420	DC2013059	快速钢水测温仪2	榆钢检修分厂	榆钢公司	A	热学	合格	6	2022-3-6	2023-3-5	2023-3-5	标准信号发生器	DC20130511	2011-5-11	0.5级	DigiTemp-C

编制人：黄林杰

审核人：徐 宏

审核日期：2022年7月31日