



### 测量设备溯源抽查表

编号: 0150-2020-2022

企业名称	武汉天虹环保产业股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合√ 不符合打×
质管办	精密压力表	A07103320	(-0.1~0) MPa	0.4 级	0.05 级活塞式压力(真空)计标准装置	湖北省计量测试技术研究院	2022.05.10	√
质管办	数字温湿度计	1441424630	Testo 608-H2	温度: $U=0.2^{\circ}\text{C}$ , $k=2$ ; 湿度: $U=\pm 1.4\%$ , $k=2$	精密露点仪: 温度 $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$ 湿度 $\pm 1\%$ 露点: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$	湖北省计量测试技术研究院	2022.03.28	√
生产办	游标卡尺	K17L017758	(0~200) mm	MPE: $\pm 0.03\text{mm}$	量块: 5 等	湖北省计量测试技术研究院	2021.11.25	√
生产办	压力表	HC67541784364	(0-1.6)MPa	2.5 级	数字压力计标准装置 0.5 级	湖北省计量测试技术研究院	2022.2.15	√
质管办	空气质量流量计	731703016	THM-702	$U_{rel}=2\%$ , $k=2$	流量校准仪: $U_{rel}=1.0\%$	湖北省计量测试技术研究院	2021.09.14	√
质管办	气体容积式流量计	241506020	TH-J3 型	$U_{rel}=0.55\%$ , $k=2$	气体流量基准装置 $U=0.2\%;k=2$	中国计量科学研究院	2022.04.06	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由总工办负责溯源。公司测量设备全部委托湖北省计量测试技术研究院、中国计量科学研究院进行校准, 校准证书由总工办保存。根据抽查情况, 该公司的检定情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 07 月 18 日上午-07 月 19 日上午

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。