



编号: 0897-2022

不符合项报告

企业名称:	安徽亚玖环保建材有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	实验室	陪同人员:	梁慧晴
<p>不符合事实描述:</p> <p>查编号为 DGI32/J13-2012 《预拌干粉砂浆产品检验原始记录》, 有检验要求、检验结果, 有检验员签字, 未有使用的检测设备和依据的检验文件信息。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “7.2.4a)测量过程的记录”</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>张云抄</u> 陪同人员(签名) <u>梁慧晴</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>吴宇航</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022年7月13日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>由实验室及时核对并完善该检验记录中依据的使用的测量设备和依据检验标准信息。并举一反三的查找其他同类问题, 一并完成整改。</p> <p>企业部门代表签名: <u>吴宇航</u> 审核员签名: <u>张云抄</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>企业制定的纠正措施可行。</p> <p>审核组代表签名: <u>鞠录彬</u> 日期: 2022年7月13日</p>			