



编号: 0524-2022

不符合项报告

企业名称:	中盐金坛盐化有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 金东盐水厂		陪同人员: 金晨倩	
<p>不符合事实描述:</p> <p>查编号为CE12202-CFAU的定量包装秤, 2022年6月10日检定合格。但现场标识的确认日期为2021年5月4日, 有效日期为2022年5月4日, 标识与证书信息不一致。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>6.2.4 标识</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>李定燕</u> 陪同人员(签名) <u>金晨倩</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>沈向群</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022.07.17</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>现场标识疏于检查, 未及时更新, 综合部立即组织计量员重新粘贴现场标识, 举一反三, 做到标识、证书、台账保持一致。</p> <p>企业部门代表签名: <u>沈向群</u> 审核员签名 <u>李定燕</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>韩心</u> 日期: 2022.07.17</p>			

可另附页