



测量设备溯源抽查表

编号: 0140-2020-2022

企业名称 安徽顺彤包装材料有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 不符合打 x
品质部	电子拉伸试验机	BJGBLH21 0205	GBL-H	±1% Urel=0.3%,k=2	标准测力仪: 0.1级	安徽华方 计量科技 有限公司	2022.7.13	
品质部	卧室电脑挺度测试仪	181125	ZB-TD1 OK	±1% Urel=0.3%,k=2	标准测力仪: 0.1级	安徽华方 计量科技 有限公司	2021.11.30	
生产部	压力表	FR1406740	(0-16) MPa	2.5级	精密压力表标准 装置: 0.4级	桐城市市 场监督检 验所	2022.5.29	
品质部	方阻仪	20730	DMR-1C	U=0.02k, k=2	实验室直流电阻 器: 0.005级	上海市计 量测试技 术研究院	2021.12.10	
生产部	外径千分尺	2036533	(25-50) mm	±4 μm	量块: 4等	桐城市市 场监督检 验所	2022.7.13	
生产部	温控仪	TB2T3	(0-999)	0.5级	热工仪表检验仪: ± (0.02%RD+0.005 %RD)	桐城市市 场监督检 验所	2022.7.13	
生产部	粘度杯	29017	2000	Urel=1.8%,k=2	标准粘度液: Urel=3.8%,k=2	安徽华方 计量科技 有限公司	2021.12.01	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，未建立最高计量标准，测量设备由设备部负责溯源，测量设备全部委托安徽华方计量科技有限公司、桐城市市场监督检验所、上海市计量测试技术研究院等机构检定/校准，检定/校准证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年8月15日上午~2022年8月16日上午

审核员签字: 刘复荣

部门代表签字: 朱明辉