



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	浙江省三门县东海橡胶厂	陪同人员	
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.9.11

不符合事实描述：组织未能提供出厂编号为 TH24749 的空压机用压力表检定的证据。

上述事实不符合：
 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款
 GB/T 50430-2017 标准 条款：
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款
 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1.1 条款相关要求
 ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
 能源认证标准： 条款
 GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
 GB 14881-2013 标准 条款相关要求
 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质： 严重 一般

审核员：周海翔

审核组长：王南华

受审核方代表：张涛

日期：2022.8.13

日期：2022.8.13

日期：2022.8.13

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

已验证合格。

审核员：王南华

日期：2022.9.2



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

出厂编号为 TH24749 的空压机用压力表检定的证据。

纠正情况:

重新购买新的压力表并做鉴定。

原因分析:

行政部未及时系统的监督排查, 导致出厂编号为 TH24749 的空压机用压力表未及时鉴定。

纠正措施:

1: 全厂检测是否有过期的安全设备未做鉴定;

2: 对相关的负责人进行相应的培训。


预定完成日期: 2022-8-25


举一反三检查情况:

全厂检测是否有过期的安全设备未做鉴定, 实查没有发现新的问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

符合要求, 实查真实有效

验证人:  日期: 2022.08.31.

受审核方代表:  日期: 2022.09.01



证书编号:
Certificate No.



822020865

扬州市检验检测中心

YANGZHOU INSPECTION AND TESTING CENTER

检定证书

Verification Certificate

受检单位名称 Applicant	浙江省三门县东海橡胶厂
计量器具名称 Name of Instrument	压力表
型号 / 规格 Type/Specification	Y150 (0~2.5) MPa
出厂编号 Serial No.	21125273634
制造单位 Manufacturer	杭州鹤山仪表有限公司
依据技术文件 Regulation	JJG 52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》
检定结论 Conclusion	合格 (符合 1.6 级)



批准人
Approved by

季伟

核验员
Checked by

孔科

检定员
Verified by

周慧

检定日期
Date of Verification 2022 年 08 月 18 日
Year Month Day

有效期至
Valid until 2023 年 02 月 17 日
Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (苏) 法计 (2019) 1010 号
Authorization certificate: No. (2019) 1010

地址: 扬州市广陵经济开发区创业路20号
Add: No. 20 Venture Road Guangling Industrial Park Yangzhou

邮编: 225000
Post Code

服务电话: 0514-89715832
Tel

传真: 0514-89715807
Fax

电子邮件: jsyzjls@163.com
E-mail



证书编号:
Certificate No.



822020865

本中心是法定计量检定机构, 计量授权证书号: (苏) 法计(2019) 1010号。
This laboratory is a legal metrological verification institute, Authorization certificate No. (2019) 1010.

本中心出具的数据均可溯源至国家和国际计量基准。
All data issued by this laboratory are traceable to national and international measurement standards.

本次检定所使用的计量标准:
Measurement standards used in the verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度 Uncertainty/Accuracy	证书编号/有效期 Certificate No./Valid Date
精密压力表标准装置	(-0.1~100) MPa	精密压力表: 0.25级; 数字压力计: 0.05级	[2004]市量标扬法证字第 1017号/2024-04-02

本次检定所使用的主要计量标准器具:
Main measurement standard used in the verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度 Uncertainty/Accuracy	证书编号/有效期 Certificate No./Valid date
精密压力表组	(0~60)MPa	0.25级	820001338/2023-01-27

检定地点和环境条件:

Place and environmental condition of the verification

地点: 本所压力103实验室
(lab)

温度: 21°C

相对湿度: 52%RH

其他: /

Place

Temperature

R.Humidity

Others

检定结果

Verification Results

- 外观: 合格
- 零位误差: 合格
- 回程误差: 合格
- 轻敲位移: 合格
- 指针偏转平稳性: 合格
- 示值误差: 合格

检定结论: 符合1.6级

注: 1、未经本中心书面授权, 不得部分复制本证书。

Note: This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

2、本证书的检定结果仅对所检仪器有效。

The results are only responsible for the item verified

3、本证书未加盖检定专用章无效。

The certificate will be invalid if it is issued without official stamp.

培训实施记录表

QR-7.2-04

培训时间	2022-9-1 13:00-14:00	总时数	1 小时
培训项目	GB/T45001 9.1.1 条款	讲师	张涛
培训地点	四楼会议室		
参加培训人员： 生产、行政相关人员			
培训要点： 1. GB/T45001 9.1.1 条款； 2. 涉及职业健康安全设备设施监视和测量设备管理要点。			
培训考核考试情况： 通过讨论交流，主要的培训内容基本被大家了解，加深了大家对监视和测量资源管理能力。			
培训 有效 性评 价	基本达到了培训的预期目的，基本有效 评价人签字：刘森 2022 年 9 月 1 日		