



编号: 0196-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	金湖县支点石油科技有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质量部	陪同人员:	唐金宝
<p>不符合事实描述:</p> <p>查企业合格外部供方资料,质量部没有对新增加的外部服务方“深圳中电计量测试技术有限公司”进行检定/校准服务供方进行评价。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 外部供方条款。属于次要不符合项。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.4 外部供方条款</p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合√;</p>			
审核员(签名)	耿丽 修	陪同人员(签名)	唐金宝
企业部门代表(签名)	唐金宝	日期:	2022、10、17
<p>纠正措施:</p> <p>对深圳中电计量测试技术有限公司的资质、开展测量控制、校准能力、范围进行调查。并对其供货能力进行评价,三天内完成此项工作。</p>			
企业部门代表签名:	唐金宝	审核员签名:	耿丽 修
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施可行。</p>			
审核组代表签名:	耿丽 修	日期:	2022、10、17

可另附页