



编号: 202210016203

不符合项报告

企业名称:	新疆华隆油田科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	安全生产部 陪同人员: 许鹏		
不符合事实描述:	<p>检查安全生产部 (自动化事业部) 生产现场, 与企业视频中发现在用的一台规格型号为 JK2511, 量程 (10$\mu\Omega$-2kΩ) 的直流低电阻测试仪, 未列入测量设备台账管理, 并且未送检溯源, 不符合要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> </u>;</p> <p>审核员 (签名) <u> </u> 陪同人员 (签名) <u> </u></p> <p>企业部门代表 (签名) <u> </u></p> <p>日期: 2022 年 10 月 09 日</p>		
纠正措施:	<p>于 2022 年 10 月 17 日前, 列入测量设备台账管理, 2023 年 2 月前进行送检。</p>		
企业部门代表签名:	<u> </u>	审核员签名:	<u> </u>
纠正措施完成情况:	<p>纠正措施已落实, 验证有效。</p>		
审核组代表签名:	<u> </u>	日期:	2022 年 10 月 09 日

可另附页