



测量设备溯源抽查表


编号: 0096-2018-2022


企业名称 北京华夏源洁水务科技有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	外径千分尺	YJ-013	(0~25) mm	MPE: ±4μm	数显量仪测力计 1级 量块 4等	江苏鼎盛检测中心有限公司	2022.08.15	√
生产部	直读光谱仪	94331	Niton XL2	Cr: ≤2%, Ni: ≤2%	碳钢、低合金钢光谱分析标准物质 Cr:0.28%; Ni:0.12%;	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.08.15	√
生产部	卷尺	YJ-011	5m	U=0.1mm k=2	标准钢卷尺: MPE: ± (0.03mm+3×10 ⁻⁵ L) 挂钩砧码: M ₁ 级	江苏鼎盛检测中心有限公司	2022.08.15	√
生产部	耐压测试仪	YJ-007	CS2673X	交流电压: U=1.2%,k=2 交流击穿电流: U=1.9%,k=2 电压持续时间: U=1.1%,k=2	耐压测试仪: U=0.006Kv,k=2(1Kv)) 绝缘电阻表: 10级 数显耐压测试仪: 5级	江苏鼎盛检测中心有限公司	2022.08.15	√
生产部	压力表	K170111	(0~1.6) MPa	±0.025MPa	职能压力校验仪 (0~4) MPa 0.05级	郑州市质量技术监督检验测试中心	2022.08.08	√
生产部	接地电阻测试仪	YJ-010	CJ2520	U=0.2%, k=2	基地导通电阻测试检定装置 U=0.02 欧姆 k=2	江苏鼎盛检测中心有限公司	2022.08.12	√
生产部	压力变送器	YJ-01	(0~25) bar	U=0.17%FS k=2	精密数字压力表 0.05级 数字多用表 DCV: U=3×10 ⁻⁶ ACV: U=3×10 ⁻⁵ DCI: U=7×10 ⁻⁴ ACI: U=1.2×10 ⁻⁵ k=2	江苏银河计量检测有限公司	2021.12.23	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术品控部和人力行政部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司、江苏鼎盛检测中心有限公司、郑州市质量技术监督检验测试中心及江苏银河计量检测有限公司等四家服务机构检定/校准，校准/检定证书由人力行政部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 10 月 19 日~10月20日

审核员签字: 

部门代表签字: 

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。