



编号: 0115-2020-2022

### 不符合项报告

企业名称:	四川苏克流体控制设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质管部		陪同人员: 陈司准	
<p>不符合事实描述:</p> <p>查企业测量设备台账, 没有对测量设备进行 A、B、C 分类建账。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 测量设备条款。属次要不符合项。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1 测量设备条款。</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 ___; 次要不符合 √;</p> <p>审核员(签名) <u>胡琳</u>                      陪同人员(签名) <u>陈司准</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>张小强</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022. 10. 24</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>对现有台账设备进行梳理, 按要求进行分类管理并重新建立新的台账。</p> <p>企业部门代表签名: <u>张小强</u>              审核员签名: <u>胡琳</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center;"><u>措施有效。</u></p> <p>审核组代表签名: <u>胡琳</u>                      日期: 2022. 10. 24</p>			

可另附页