

测量不确定度评定记录

编号: JR7.3.1/01

评定日期	2022年9月25日	记录编号	202201
测量过程名称	产品出厂核验	测量过程编号	0QC-01
测量设备名称	电子秤	测量设备编号/型号规格	228661 WH-30L
被测量	重量	评定场所	品质部

数学模型: $y = x$
 式中: y - 产品重量(g), x - 电子秤读数(g)

1. 标准不确定度评定: 不确定度来源主要来自测量结果的重复性及标准器的误差, 温度、湿度及人员能力的影响可忽略。

1.1 测量结果的重复性 u_a

a) 检测过程重复性引入的不确定度分量:
 不确定度评定时进行10次测量 ($n=10$); 单次测量误差不得超过 $\pm 1\%$; 日常检测为1次 ($m=1$)

数值 (x) (kg)	2.401	2.400	2.400	2.400	2.401	2.401	2.399	2.400	2.400	2.401	$n = 10$
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------

$$u(x) = \frac{s}{\sqrt{m}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{m(n-1)}} = 0.0007 \text{ kg} \quad m = 1$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = 2.400 \text{ kg} \quad \text{注: 单次测量没有超差。}$$

b) 当校准过程重复性引入的不确定度分量小于由分辨力引入的不确定度分量时, 应以分辨力引入的不确定度分量 $u(\delta)$ 代替由重复性引入的不确定度分量 $u(x)$ 。分辨力为0.0005kg。

$$\text{由分辨力引入的不确定度分量 } u(\delta) = \frac{d}{2\sqrt{3}} = 0.0003 \text{ kg} \quad d = 0.001 \text{ kg}$$

$$\text{A类不确定度评定结果 } u_a = 0.0007 \text{ kg}$$

1.2 测量设备引入的不确定度分量 u_b

主要来源于测量设备引入的不确定度分量。测量设备电子秤, 见证书SZL922025685

$$U = 5 \text{ g} \quad k = 2$$

$$u_b = U/k = 0.0025 \text{ kg}$$

2. 合成标准不确定度 u_c 评定			
$u_c = \sqrt{u_a^2 + u_b^2} = 0.003 \text{ kg}$			
3. 扩展不确定度 (U) 评定 (取包含因子 $k=2$)			
$U = ku_c = 0.005 \text{ kg} \quad (k = 2)$			
测量不确定度报告			
$y = (2.400 \pm 0.005) \text{ kg} \quad (k = 2)$			
T (管控要求) =	(2.390 ~2.420) kg	判定	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 待改进
允许测量不确定度 $U(k=2)$	$\leq 0.010 \text{ kg}$		

制表/日期: 徐享英 2022.9.25

审核/日期: 何清泉 2022.9.25