









编号: 1254-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	廊坊市派博力克科贸有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术质量部		陪同人员: 刘闯	
<p>不符合事实描述:</p> <p>检查合格供方名录, 发现“南京市计量监督检测院”列入合格供方名录, 但未提供有效性的评价记录。不符合 GB/T19022-2003 6.4 条款的规定要求。</p> <p>不符合审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方</p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合__√__;</p> <p>审核员(签名)  陪同人员(签名) </p> <p>企业部门代表(签名) </p> <p style="text-align: right;">日期: 2023.01.07</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1. 对“南京市计量监督检测院”校准服务、校准能力等组织相关人员进行有效性评价, 并做好可追溯记录。</p> <p>2. 对公司其他供方评价情况进行检查杜绝类似问题的发生。</p> <p>企业部门代表签名:  审核员签名: </p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>整改措施已落实。验证有效。</p> <p>审核组代表签名:  日期: 2023.01.07</p>			

可另附页