



测量设备溯源抽查表

编号: 0183-2019-2022

企业名称		山东宏泰塑业有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√/不符合打×
质量技术部	游标卡尺	BJ202718	(0-200)mm	±0.03mm U=0.01mm,k=2	量块: 5 等	山东博测计量检测技术有限公司	2022.4.15	√
质量技术部	钢卷尺	20183	30m	±12.6mm U=4.6mm,k=2	标准钢卷尺: ±(0.03+0.03L)mm	山东博测计量检测技术有限公司	2022.4.15	√
质量技术部	电子万能试验机	LHTS-009	WDS-20	Urel=0.4%,k=2	标准测力仪: 0.3 级	山东博测计量检测技术有限公司	2022.4.15	√
生产部	压力表	22040349	(0-1.6)MPa	1.6 级 Urel=0.5%FS,k=2	数字精密压力表: 0.05 级	济宁中测测试科技有限公司	2022.8.4	√
质量技术部	熔体流动速率测定仪	0909094	XNR400C	质量: Urel=0.2%,k=2 时间: U=0.1s,k=2 温度: U=0.2℃,k=2	电子天平: b 级 电子秒表: U=0.01s,k=2 过程校验仪: U=0.3℃,k=2	广东中准检测有限公司	2022.4.15	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备全部委托山东博测计量检测技术有限公司、广东中准检测有限公司、济宁中测测试科技有限公司进行检定/校准，检定/校准证书由质量技术部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 12 月 6 日上午~2022 年 12 月 7 日 上午

审核员签字: 刘复荣

部门代表签字: 孔德红