



编号: 0001-2019-2023

不符合项报告

企业名称:	阿自倍尔仪表(大连)有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:品质保证部		陪同人员:姚金凤	
不符合事实描述:			
<p>查见在品质保证部 PT 检查室, 根据文件编号 DSM-9134-D09 《染色探伤试验要领》中规定, 浸透液完全涂布到探伤表面, 室温 (16~51) °C 条件下, 放置 10 分钟, (5~15) °C 条件下, 放置 15 分钟, 现时使用的温湿度计无编号也无校准标签, 经确认该温湿度计未列入台帐也未经校准。</p>			
不符合认证审核准则条款号: <u> GB/T19022:2003/7.3.2_溯源性 </u>			
不符合程度: 主要不符合 <u> / </u> ; 次要不符合 <u> 1 </u> ;			
审核员(签名) <u>袁莉</u> 陪同人员(签名) <u>姚金凤</u>			
企业部门代表(签名) <u>于杰</u>			
日期: <u>2023.2.22.</u>			
纠正措施:			
<p><u>组织相关部门将温湿度计送检, 同时进行自查, 有类似情况立即对应。</u></p>			
企业部门代表签名: <u>于杰</u> 审核员签名: <u>袁莉</u>			
纠正措施完成情况:			
<p><u>企业制定的纠正措施已落实, 验证有效。</u></p>			
审核组代表签名: <u>袁莉</u> 日期: <u>2023.2.22.</u>			

可另附页