



编号: 1260-2022

不符合项报告

企业名称:	颐中(青岛)实业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 制造中心粘合剂车间		陪同人员: 王洋洋	
不符合事实描述:			
台账中电子秤 TCS-60 (0~60) Kg III 级 编号 4795, 计量单位 kg 使用不正确。			
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 “6.2.3 记录”</u>			
不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合 <input checked="" type="checkbox"/> ;			
审核员(签名) <u>喻荣秋</u> 陪同人员(签名) <u>王洋洋</u>			
企业部门代表(签名) <u>柳秋林</u>			
日期: 2022 年 12 月 16 日			
纠正措施:			
立即组织职能部门对测量设备台账进行梳理排查, 对计量单位不符合法定计量单位的马上整改, 并查找其他同类问题, 一并完成整改。			
企业部门代表签名: <u>柳秋林</u>		审核员签名: <u>喻荣秋</u>	
纠正措施完成情况:			
企业制定的纠正措施可行。			
审核组代表签名: <u>刘志刚</u>		日期: 2022 年 12 月 16 日	

可另附页