



### 测量设备溯源抽查表

编号: 0097-2019-2022

企业名称		上海欧特莱阀门机械有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	压力表	20097632	(0-4) MPa	2.5级	精密压力表: 0.4级	上海市松江区 计量质量检测所	2022.6.20	√
质保部	压力表	20097623	(0-4) MPa	2.5级	精密压力表: 0.4级	上海市松江区 计量质量检测所	2022.6.20	√
质保部	游标卡尺	51122608	(0-150) mm	±0.03mm	量块: 5等	上海市松江区 计量质量检测所	2022.6.22	√
生产部	游标卡尺	120422	(0-200) mm	±0.03mm	量块: 5等	上海市松江区 计量质量检测所	2022.6.22	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质保部负责溯源。公司测量设备全部委托上海市松江区计量质量检测所进行检定校准, 检定校准证书由质保部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年12月16日上午-12月16日下午

审核员签字:

部门代表签字: