



测量设备溯源抽查表

编号: 0107-2018-2023

企业名称	河南省鑫属实业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质控部	臭氧校准仪	CM21107276	49iPS	$U=0.4\text{nmol/mol}, k=2$	臭氧气体分析仪检定装置: $U_{\text{rel}}=1.5\% k=2$	中国环境监测总站	2022.7.15	√
质控部	臭氧校准仪	1180930100	49iPS	$U=0.2\text{nmol/mol}, k=2$	臭氧气体分析仪检定装置: $U_{\text{rel}}=1.5\% k=2$	中国环境监测总站	2022.7.15	√
质控部	电子天平	32790157	BT25S	①级	砝码 E_2	河南省计量科学研究院	2022.12.12	√
质控部	质量流量计	192360	MWB-25SLPM-D-AL/5M	$U_{\text{rel}}=0.62\%, k=2$	气体流量标准装置: $U_{\text{rel}}\geq 0.5\%, k=2$	中国环境监测总站	2022.9.1	√
运维部	空盒气压表	07206	DYM3	$U=0.6\text{hPa}, k=2$	数字压力控制器: 0.02级	宁夏计量质量检验检测研究院	2022.8.19	√
质控部	数显温湿度计	11J1816	FYTH-1	$U=1.7\%\text{RH}, k=2$	精密露点仪 温度: $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 露点: $\pm 0.2^\circ\text{C}$	宁夏计量质量检验检测研究院	2022.7.13	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质控部负责溯源。公司测量设备全部委托“中国环境监测总站(国量标环境2017年第001号)”、“宁夏计量质量检验检测研究院(计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01016)”、“河南省计量科学研究院(计量检定机构授权证书号:(国)法计(2022)01031)”进行检定/校准, 检定/校准证书由质控部保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023年1月14日上午至2023年1月14日下午

审核员签字:

部门代表签字:

陈星 李瑞博