编号：0141-2023

不符合项报告

企业名称：	安徽中飞管道科技有限公司	不符合报告编号：	01
受审核部门：	质检部	陪同人员：李娟	

不符合事实描述：

查：检测室内的电子计价秤，规格型号为 ACS-30、III级、出厂编号为 10019、生产厂家为永康市大阳衡器有限公司，未列入《测量设备台账》统一管控，不满足要求。

不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款

不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√____；

审核员(签名)_王曙光_ 陪同人员(签名)_李娟_

企业部门代表（签名）_赵奥莹_

日期:2023 年 02 月 21 日

纠正措施：1.立即将电子计价秤，规格型号为ACS-30、III级、出厂编号为10019，列入《测量设备台账》统一管控，并按照要求进行送检。
2.举一反三，检查现场在用的测量设备有无类似情况，并采取纠正措施。

企业部门代表签名：赵奥莹　　审核员签名：王曙光

纠正措施完成情况：

纠正措施已落实，验证有效。

审核组代表签名：吴青子　　日期：日期:2023 年 02 月 21 日

可另附页

扫描全能王 创建