



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	河北金厦电力科技有限公司	陪同人员	曹丽娜
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	30日
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场审核发现, 未提供对游标卡尺、数字万用表进行了校准的证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款  <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 左婧 马明珠    审核组长: 左婧    受审核方代表: 李婷婷  日期: 2023.2.27    日期: 2023.2.27    日期: 2023.2.27</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>提供了“校准证书”, “培训记录”,  经验证, 采取的措施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核组长: 左婧    日期: 2023.3.6</p>			



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对游标卡尺数字万用表进行校准

纠正情况:

由生产部相关人员对在用的量具进行校准。

原因分析:

对生产部人员培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合, 对生产部培训

预定完成日期: 2023.3.15

举一反三检查情况:

经查, 无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施已实施, 经验证有效。

验证人/日期:

受审核方代表/日期: 李伟伟 / 2023.3.6

## 培 训 记 录

时 间	2023.2.28	地 点	会议室
主 讲	李亭亭		
参加人员	生产部全体人员		
培 训 主 要 内 容	<ol style="list-style-type: none"><li>1、GB/T 19001-2016 标准的 7.1.5 条款内容及其理解；</li><li>2、本公司管理体系文件相关内容；</li><li>3、纠正措施实施控制要求。</li></ol>		
考 核 评 价 情 况	<p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p>评价人：李亭亭</p> <p>2023.2.28</p>		



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L9332

校准证书编号: ZDX202309094  
Calibration Certificate Series No.



第 1 页, 共 3 页

Page 1 of 3 pages

Hebei Zhengxin Test Technology Service Co., Ltd.

CALIBRATION CERTIFICATE

# 河北正信检测技术服务有限公司 校准证书

**委托单位:** 河北金厦电力科技有限公司  
**Customer:**

**客户地址:** 河北省石家庄市晋州市东小留  
**Address:**

**样品名称:** 耐压测试仪  
**Sample's Name:**

**型号/规格:** LK2672D  
**Type/Specification:**

**制造厂商:** 常州市蓝光电子有限公司  
**Manufacturer:**

**出厂编号:** 1304003  
**Ex-Factory No.:**



(校准专用章)

批准人  
Approved By 袁托珍

核验员  
Checked By 徐利凯

校准员  
Calibrated By 冯华威

**接收日期:** 2023 年 03 月 05 日  
**Received Date** Year Month Day

**校准日期:** 2023 年 03 月 06 日  
**Calibration Date** Year Month Day

**发布日期:** 2023 年 03 月 06 日  
**Issue Date** Year Month Day

地址: 邢台市守敬北路361号  
Address: No.361 Shoujing North Road, Xingtai  
电话(Tel): 0319-2130516 & 0315-2321576  
官网(Official Site): <http://www.hbxjcg.com>



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L9332

校准证书编号: ZDX202309095  
Calibration Certificate Series No.



第 1 页, 共 3 页

Page 1 of 3 pages

Hebei Zhengxin Test Technology Service Co., Ltd.

CALIBRATION CERTIFICATE

# 河北正信检测技术服务有限公司 校准证书

**委托单位:** 河北金厦电力科技有限公司  
**Customer:**

**客户地址:** 河北省石家庄市晋州市东小留  
**Address:**

**样品名称:** 游标卡尺  
**Sample's Name:**

**型号/规格:** (0~300) mm  
**Type/Specification:**

**制造厂商:** 桂量  
**Manufacturer:**

**出厂编号:** E26024  
**Ex-Factory No.:**



批准人  
Approved By 彭如妍

核验员  
Checked By 徐利凯

校准员  
Calibrated By 冯华威

**接收日期:** 2023 年 03 月 05 日  
**Received Date:** Year Month Day

**校准日期:** 2023 年 03 月 06 日  
**Calibration Date:** Year Month Day

**发布日期:** 2023 年 03 月 06 日  
**Issue Date:** Year Month Day

地址: 邢台市守敬北路361号  
Address: No.361 Shoujing North Road, Xingtai  
电话(Tel): 0319-2130516 & 0315-2321576  
官网(Official Site): <http://www.hbxjcg.com>



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L9332

校准证书编号: ZDX202309096  
Calibration Certificate Series No.



第 1 页, 共 3 页

Page 1 of 3 pages

Hebei Zhengxin Test Technology Service Co., Ltd.

CALIBRATION CERTIFICATE

# 河北正信检测技术服务有限公司 校准证书

**委托单位:** 河北金厦电力科技有限公司  
**Customer:**

**客户地址:** 河北省石家庄市晋州市东小留  
**Address:**

**样品名称:** 数字万用表  
**Sample's Name:**

**型号/规格:** VC9301A+  
**Type/Specification:**

**制造厂商:** BEARLE  
**Manufacturer:**

**出厂编号:** JH-01  
**Ex-Factory No.:**



**批准人** 袁托珍  
**Approved By**

**核验员** 徐利凯  
**Checked By**

**校准员** 冯华威  
**Calibrated By**

**接收日期:** 2023 年 03 月 05 日  
**Received Date** Year Month Day

**校准日期:** 2023 年 03 月 06 日  
**Calibration Date** Year Month Day

**发布日期:** 2023 年 03 月 06 日  
**Issue Date** Year Month Day

地址: 邢台市守敬北路361号  
Address: No.361 Shoujing North Road, Xingtai  
电话(Tel): 0319-2130516 & 0315-2321576  
官网(Official Site): <http://www.hbxjcg.com>



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L9332

校准证书编号: ZDX202319097  
Calibration Certificate Series No.



第 1 页, 共 3 页

Page 1 of 3 pages

Hebei Zhengxin Test Technology Service Co., Ltd.

CALIBRATION CERTIFICATE

# 河北正信检测技术服务有限公司 校准证书

**委托单位:** 河北金厦电力科技有限公司  
**Customer:**

**客户地址:** 河北省石家庄市晋州市东小留  
**Address:**

**样品名称:** 接地电阻测试仪  
**Sample's Name:**

**型号/规格:** LK2678BX  
**Type/Specification:**

**制造厂商:** 常州市蓝光电子有限公司  
**Manufacturer:**

**出厂编号:** 1303039  
**Ex-Factory No.:**



批准人  
Approved By 袁托珍

核验员  
Checked By 徐利凯

校准员  
Calibrated By 冯华威

<b>接收日期:</b> Received Date	2023	年	03	月	05	日
<b>校准日期:</b> Calibration Date	2023	年	03	月	06	日
<b>发布日期:</b> Issue Date	2023	年	03	月	06	日

地址: 邢台市守敬北路361号  
Address: No.361 Shoujing North Road, Xingtai  
电话(Tel): 0319-2130516 & 0315-2321576  
官网(Official Site): <http://www.hbxjcg.com>