



编号: 0045-2023

测量设备溯源抽查表

企业名称	沈阳市中兴防爆电器总厂有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
机加车间	内径百分表	1618017	(10-18) mm	$U=3\mu\text{m}, k=2$	光栅式指示表检定仪: MPE: $2\mu\text{m}$ (10mm) MPE: $1.5\mu\text{m}$ (2mm)	辽宁东测检测技术有限公司	2022-5-7	√
成品库	非自动指示秤	ZXF- II 101	TGT-500	III 级	砝码: M1 等: F1 等。	辽宁东测检测技术有限公司	2022-5-7	√
部件库	外径千分尺	9243	(0~25) mm	$U=1\mu\text{m}, k=2$	量块: 3 等	辽宁东测检测技术有限公司	2022-5-7	√
机加车间	游标卡尺	0805034622	(0~150) mm	$U=0.01\text{mm}, k=2$	量块: 4 等 外径千分尺: MPE: $\pm 4\mu\text{m}$	辽宁东测检测技术有限公司	2022-5-7	√
综合车间	压力表	19.9.2054	(0~25) MPa	1.6 级	活塞式压力计: 0.05 级	辽宁东测检测技术有限公司	2022-5-7	√
部件库	刀口形直尺	ZXF- I 501	500mm	直线度: $U=0.7\mu\text{m}, K=2$	平面平晶: 1 级 研磨面平尺: MPE: $\leq 0.4\mu\text{m}$ 量块: 3 等	北方测盟(武汉)科技有限公司	2022-5-26	√
部件库	表面粗糙比较样块	ZXF- I 701	Ra(6.3~0.8) μm	$U_{rel}=10\%, k=2$	MPE: $\pm 5\%$	辽宁东测检测技术有限公司	2022-5-7	√
部件库	声级计	001486H	GM1356	$U=0.6\text{dB}, k=2$	多功能校准器: I 级 音频功率放大器: $U=0.1\text{dB}, k=2$	辽宁东测检测技术有限公司	2022-5-7	√
质检部	耐压测试仪	W72D-0117-018	LK2672D	输出电压: $U_{rel}=0.6\%, k=2$; 输出电流: $U_{rel}=0.6\%, k=2$; 持续时间: $U_{rel}=0.9\%, k=2$.	耐压测试仪器 校验装置: 交、直流电压 MPE: $\pm (0.4\% * \text{读数} + 0.1\% * \text{量程})$; 交、直流电流	辽宁东测检测技术有限公司	2022-5-7	√



					MPE: $\pm (0.4\% \times \text{读数值} + 0.1\% \times \text{量程})$			
锅炉房	气体探测器	120101	CGD-1-1	$U_{rel}=1.0\%FS, k=2$	空气中甲烷气体 标准物: $U_{rel}=1\%, k=2$	辽宁东测 检测技术 有限公司	2022-10-2 8	√

审核综合意见:

企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》,企业未建最高计量标准,测量设备由质检部负责溯源。企业测量设备除自检外全部委托辽宁东测检测技术有限公司和北方测盟(武汉)科技有限公司,校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况,该企业的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023年2月20日~2月21日 12:00

审核员签字:

部门代表签字:

说明:“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。