



编号: 0041-2023

不符合项报告

企业名称:	沈阳中兴防爆电器总厂有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质检部	陪同人员:	高琪
<p>不符合事实描述:</p> <p>企业建立了《测量软件管理控制程序》,但未识别 MC1060 数控加工中心设备自带的测控软件,及软件验证和确认记录,不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.2 条款测量过程和结果计算中所用的软件应形成文件,并应识别和受控,以确保持续使用的适宜性,软件及其任何修改在启用前应进行测试和(或)确认,并经批准和存档,测试应在必要的范围内进行,以确保测量结果有效的要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 6.2.2 条款 <u>软件</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合___, 次要不符合_ <input checked="" type="checkbox"/> ___;</p> <p>审核员(签名) <u>姜心</u> 陪同人员(签名) <u>陈爱</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>刘建峰</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2023 年 02 月 21 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>将 MC1060 数控加工中心自带的测控软件的信息登记在软件一览表,进行受控管理,</p> <p>组织相关人员培训 ZXPB/CJ/CX-07-2022《测量软件管理控制程序》,强化员工对文件要求的理解运用,</p> <p>对公司其他测量用系统软件是否存在同类问题,杜绝类似问题的发生。</p> <p>企业部门代表签名: <u>刘建峰</u> 审核员签名: <u>姜心</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实,验证有效。</p> <p>审核员代表签名: <u>姜心</u> 日期: 2023 年 02 月 21 日</p>			