



测量设备溯源抽查表

企业名称 广东爱米高家具有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	钢直尺	QC-001	1000mm	±0.2mm	标准钢卷尺 $U=5\mu m+5\times 10^{-6}L, K=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2023.2.28	√
品质部	游标卡尺	QC-002	(0~300)mm	±0.04mm	量块 5 等合格	深圳中电计量测试技术有限公司	2023.2.28	√
品质部	木材测湿仪	QC-003	PT-90E	±2%	电热鼓风干燥箱 $U_{rel}=0.5^{\circ}C$ (k=2)	深圳中电计量测试技术有限公司	2023.2.28	√
制造部	水平尺	QC-004	2003-I 型	$U=0.04mm/m, k=2$	钢直尺 $U=0.08mm$ (k=2); 平板 $U=3\mu m$ (k=2)	深圳中电计量测试技术有限公司	2023.2.28	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》, 《测量设备管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由技术研发部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司机构检定/校准, 校准/检定证书由技术研发部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 3 月 3 日

审核员签字: 张桂芹

张桂芹 2023.3.3

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。