





### 不符合项纠正措施表

**不符合项事实摘要:**

计量设备（外径千分尺，游标卡尺，万用表，内径千分尺，电阻测试仪）未能提供检定报告。

**纠正情况:**

已联系送检中心，送检计量设备。

**原因分析:**

对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款不够熟悉，导致计量校准设备（外径千分尺，游标卡尺，万用表，内径千分尺，电阻测试仪）未能提供检定报告。

**纠正措施:**

- 1、已联系送检中心，送检计量设备。
- 2、对相关人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 培训。

预定完成日期: 2020.5.30

**受审核方纠正措施有效性的验证:**

- 1、提供特种设备检测报告;
- 2、提供培训记录

验证人: 张磊

日期: 2020.5.12

受审核方代表:

日期: 2020.5.12

