



编号：0061-2019-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称		佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
计量室	游标卡尺	EA204048	(0-150)mm	±0.03mm	量块 5等3级	中国赛宝实验室	20190828	√
陶瓷三分厂	三相四线有功电能表	1411100624	DTZ876	0.5S级	三相电能表现场校验仪	佛山质量计量监督检测中心	20200603	√
陶瓷三分厂	罗茨流量计	A16101012755000	G65-CFCM-I	1.5级	音速喷嘴法气体流量标准装置 U=0.30% (k=2)	佛山质量计量监督检测中心	20191125	√
陶瓷三分厂	真空表	4825	(-0.1~0 MPa)	1.6级	精密真空表 0.4级	佛山质量计量监督检测中心	20200519	√
陶瓷品质部	微孔材料硬度计	8013K02041	LX-C	U= (15~18) mN, k=2	电子天平 II级 数字式万能工具显微镜 ±(1+L/100) μm	中国赛宝实验室	20190829	√
陶瓷品质部	电子秤	AH-DZC-01	150kg	III级	砝码 F1级 砝码 F2级 标准砝码组 M2级	广东省世通仪器检测服务有限公司	20200520	√

审核综合意见：

公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》和《溯源性管理程序》。测量设备统一由总经办送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书统一由总经办统一保存。总经办对校准/检定机构进行评价。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2020年7月29日

审核员签字：

部门代表签字：