

编号: 0151-2019-2020

## 测量设备溯源抽查表

企业名称		广州东塑石油钻采专用设备有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
综合质管部	扭力扳手	1512104	TL4-20	±5%	扭矩扳子检定仪 1.0 级合格	广东中准检测有限公司	20200825	√
综合质管部	洛氏硬度计	0300	HR-150A	±1.5HR	标准洛氏硬度块 U=0.7HRC, k=2 U=0.5HRC, k=2 U=0.4HRC, k=2	深圳华信计量检测科技有限公司	20200825	√
综合质管部	万能材料拉伸试验机	BT200727010	BWDW-100KN	±1%	标准测力仪 / 证书编号 LCL201703259	深圳华科计量检测技术有限公司	20200730	√
生产部	游标卡尺	14121	(0-150) mm	±0.03mm	数显外径千分尺 ±0.002mm 卡尺专用量块 5 等	深圳华信计量检测科技有限公司	20200825	√
生产部	游标卡尺	1101033507	(0-150) mm	±0.03mm	数显外径千分尺 ±0.002mm 卡尺专用量块 5 等	深圳华信计量检测科技有限公司	20200825	√
生产部	内径百分表	18-23004	(10-18) mm	±15.0 μm	光栅式指示表检定仪 50mm 内: U=1.1 μm; 任意 30mm 内: U=0.7 μm; 任意 10mm 内: U=0.3 μm, k=2 数显量仪测力仪 Urel=0.40%, k=2	深圳华信计量检测科技有限公司	20200825	√
<p>审核综合意见:</p> <p>公司已制定《计量确认管理程序》、《计量确认间隔管理程序》、《外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。</p> <p>测量设备公司统一由综合质管部送外校准/检定，按《外部供方管理程序》每年对校准/检定机构进行评价，校准/检定证书统一由综合质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。</p>								
<p>审核日期: 2020 年 9 月 21 日</p> <p>审核员签字: _____ 部门代表签字: _____</p>								