



测量设备溯源抽查表

企业名称		湛江卷烟包装材料印刷有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品管部	兰光摩擦系数仪	PG-023	MXD-01	摩擦块质量 $U=0.1 (k=2)$ 摩擦头一砾 速度 $U=0.1 (k=2)$	秒表 钢直尺 $U=0.06\text{mm}$ $k=2$ 电子天平 II 级	深圳市东华计量检测技术有限公司	20200309	√
品管部	气质联用仪	JC-001	7890B-5977A	$U_{rel}=5\%$ $k=2$	气质校准用三组分混合溶液标准物质 $U_{rel}=3\%$, $k=2$ 异辛烷中八氟萘溶液标准物质 $U_{rel}=2\%$, $k=2$ 异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质 $U_{rel}=2\%$, $k=2$ 数据采集器 $U=0.4^{\circ}\text{C}$, $k=2$ 秒表 $U=0.01\text{s}$ $k=2$	深圳市东华计量检测技术有限公司	20200310	√
品管部	电子天平	PG-014	LP202A	II 级	砝码 F1 级	深圳市东华计量检测技术有限公司	20200309	√
品管部	定量取样器	JC-016	DL-125	0.01	数显卡尺 $U=0.02\text{mm}$, $k=2$	深圳市东华计量检测技术有限公司	20200309	√
<p>审核综合意见:</p> <p>公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。</p>								
<p>审核日期: 2020 年 10 月 27 日</p> <p>审核员签字 : _____ 部门代表签字: _____</p>								