



中华人民共和国
法定计量检定机构授权证书号
(Authorization Certificate No.)
(国)法计(2017)01045号

重庆市计量质量检测研究院

CHONGQING ACADEMY OF METROLOGY AND QUALITY INSPECTION

检定证书

VERIFICATION CERTIFICATE

证书编号: 2020122101785 号
Certificate No.



送检单位
Applicant 重庆宏鑫机械有限公司

计量器具名称
Name of Instrument 带表卡尺

型号/规格
Type / Specification (0~200) mm 0.02mm

出厂编号
Serial No. 6104655383

制造单位
Manufacturer 成都成量工具集团有限公司

检定依据
Verification Regulation JJG 30-2012《通用卡尺》

检定结论
Conclusion 合格

(检定专用章)
Stamp

批准人
Approved by 陈健

核验员
Checked by 蔡春

检定员
Verified by 张伟伟

检定日期
Date of Verification 2020 年 12 月 29 日
Year Month Day

有效期至
Valid Until 2021 年 12 月 28 日
Year Month Day

地址(Address): 中国重庆市渝北区杨柳北路1号 邮编(Post Code): 401123 投诉电话(Telephone): 023-67680901
业务电话(Telephone): 023-67505681 023-67511692 传真(Fax): 023-67505681 电子邮件(Email): ywb@cqjz.com.cn

1、检定所使用的社会公用计量标准 The Public Standard of Measurement Used in the Verification		
计量标准名称: 卡尺量具检定装置 Name of the Measurement Standard		
计量标准考核证书号: [2017]渝量标法证字第1003号 Certificate No. for Examination of the Measurement Standard	有效期至: 2021-5-18 Valid Date to	
测量范围: (0~2000) mm Measuring Range	不确定度或准确度等级或最大允许误差: S等 (量块) Uncertainty / Accuracy Class / Maximum Permissible Error	
2、检定环境条件 Environment Conditions of the Verification		
环境温度: 20.2 °C Ambient Temperature	湿度: 62 %RH Humidity	
其它: / Others		
3、检定声明 Announcement of the Verification		
未经本院许可, 严禁部分复制本证书, 严禁擅自篡改本证书的内容, 引起法律纠纷者, 责任自负。 Copying of This Certificate Incompletely Is Strictly Prohibited. Except for Formal Permission by CQAMQI, The Faker Who Falsify or Or Tamper with This Certificate Will Be Severely Punished under Relevant Laws of The P.R.China.		
4、检定结果 Result(s) of the Verification		
序号	检定项目	检定结果
1	外观与各部位相互作用	合格
2	示值误差	0.02mm
声明: 1. 本证书的检定结果仅对本次所检定的计量器具有效。 2. 被检计量器具经过非正常震动, 修理拆卸或更换主要零部件后, 应立即重新检定。 ——以下空白——		



中华人民共和国
法定计量检定机构授权证书号
(Authorization Certificate No.)
(国)法计(2017)01045号

重庆市计量质量检测研究院

CHONGQING ACADEMY OF METROLOGY AND QUALITY INSPECTION

检定证书

VERIFICATION CERTIFICATE

证书编号: 2020122101784 号
Certificate No.



送检单位: 重庆运鑫机械有限公司
Applicant
计量器具名称: 外径千分尺
Name of Instrument
型号/规格: (50~75)mm 0.01mm
Type / Specification
出厂编号: 112803
Serial No.
制造单位: 成都成量工具集团有限公司
Manufacturer
检定依据: JJG 21-2008《千分尺》
Verification Regulation
检定结论: 合格
Conclusion

(检定专用章)
Stamp

批准人: 徐健
Approved by
核验员: 蔡香
Checked by
检定员: 袁伟伟
Verified by

检定日期: 2020 年 12 月 29 日
Date of Verification Year Month Day
有效期至: 2021 年 12 月 28 日
Valid Until Year Month Day

地址(Address): 中国重庆市渝北区杨柳北路1号 邮编(Post Code): 401123 投诉电话(Telephone): 023-67680901
业务电话(Telephone): 023-67505681 023-67511692 传真(Fax): 023-67505681 电子邮件(Email): ywb@cqjz.com.cn

1、检定所使用的社会公用计量标准 The Public Standard of Measurement Used in the Verification										
计量标准名称: 测微量具检定装置 Name of the Measurement Standard										
计量标准考核证书号: [2017]渝量标法证字第1006号 Certificate No. for Examination of the Measurement Standard	有效期至: 2021-5-18 Valid Date to									
测量范围: (0~6000) mm Measuring Range	不确定度或准确度等级或最大允许误差: 4等(量块) Uncertainty / Accuracy Class / Maximum Permissible Error									
2、检定环境条件 Environment Conditions of the Verification										
环境温度: 20.2 °C; 湿度: 62 %RH; 其它: / Ambient Temperature Humidity Others										
3、检定声明 Announcement of the Verification										
未经本院许可, 严禁部分复制本证书, 严禁擅自篡改本证书的内容, 引起法律纠纷者, 责任自负。 Copying of This Certificate Incompletely Is Strictly Prohibited. Except for Formal Permission by CQAMQI, The Faker Who Falsely or Or Tamper with This Certificate Will Be Severely Punished under Relevant Laws of The P.R.China.										
4、检定结果 Result(s) of the Verification										
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>检定项目</th><th>检定结果</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>外观及各部位相互作用</td><td>合格</td></tr><tr><td>2</td><td>示值误差</td><td>+2µm</td></tr></tbody></table>		序号	检定项目	检定结果	1	外观及各部位相互作用	合格	2	示值误差	+2µm
序号	检定项目	检定结果								
1	外观及各部位相互作用	合格								
2	示值误差	+2µm								
声明: 1. 本证书的检定结果仅对本次所检定的计量器具有效。 2. 被检计量器具经过非正常震动、修理拆卸或更换主要零部件后, 应立即重新检定。 ——以下空白——										