



编号: 0214-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称 赣州众泰鑫业家具有限公司						审核员	李学峰	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 ✓ 不符合打×
生产车间	游标卡尺	ZTXY-002	(0~150) mm	深度测量误差 ±0.02mm U=0.01mm, (k=2)	量块 4等 道口形直尺 1级	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.09.09	✓
生产车间	钢卷尺	ZTXY-001	5m	U=0.3mm, (k=2)	标准钢卷尺 I级	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.09.09	✓
生产车间	压力表	ZTXY-003	(0~2.5) MPa	±0.040	职能数字压力校验仪 0.05级	湖南航测检测技术服务有限公司	2020.09.09	✓
生产车间	钢卷尺	ZTXY-004	(0~5) m	U=0.1mm, (k=2)	I级	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.10.26	✓
生产车间	钢卷尺	ZTXY-005	(0~5) m	U=0.1mm, (k=2)	I级	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.10.26	✓
生产车间	千分尺	ZTXY-006	(0~25) mm	±0.004mm U=1.0μm, k=2.	/量块: 4等 平面平晶: 1级 合格 平行平晶: 1级	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.10.26	✓
生产车间	角度尺	ZTXY-007	(0~360) °	±2' U=1', k=2.	角度块 2级	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.10.26	✓
生产车间	水份测试仪	ZTXY-008	/	U _{rel} =0.3%, k=2	电子天平: III级 干燥箱: 允许误差±2℃	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.10.26	✓

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

赣州众泰鑫业家具有限公司未建立公司最高标准, 该公司测量设备均送至深圳华科计量检测技术有限公司注册码: CNAS L8465、湖南航测检测技术服务有限公司注册码: CNAS L7796、国家家具产品质量监督检验中心(江西)注册码: CNAS L8298 等三家进行检定/校准, 经查 8 份校准证书, 信息齐全, 填写规范, 无遗漏, 量值均可溯源, 授权人签章有效, 符合要求。

审核日期: 2020年 11月 2日~ 月 日

审核员签字: 李学峰

部门代表签字: 彭行建

