编　　号：0046-2017-2020

不符合项报告

企业名称：广州美亚股份有限公司　　不符合报告编号：2020111801
企业下属部门:技术部　　陪同人员：刘东
不符合事实描述： 查技术部压力振动试验机（编号 PG-001）的《计量确认记录》中检定/校准结果的最小分度值填写为 0.2MPa，与实际不符。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 7.1.4 计量确认过程记录_ 不符合程度：主要不符合_____；次要不符合__√__； 审核员(签名)_____ 陪同人员(签名)_____ 企业职能部门代表（签名）_____日期:2020-11-18
纠正措施: 纠正措施实施部门代表签名:　　审核员确认签名:
纠正措施完成情况: 审核组代表签名:　　日期: