



编号: 0066-2016-2020

### 计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称		被测参数要求(含公差)		(20~45) ml ± 0.1 ml	
被测参数要求识别依据文件					
计量要求导出方法(可另附) 测量要求: (20~45) ml ± 0.1 ml 校准书: (10~50) ml ± 0.05 ml 测试书: 碱式滴定管 (10~50) ml ± 0.05 ml, 分辨率 0.1 ml. 见附件.					
计量校准过程	测量设备名称	型号规格	设备特性 (示值误差等)	校准证书 编号	校准日期
	碱式滴定管		(0~50) ± 0.05 ml	IE200707110001	2020.7.9
计量验证记录 测量要求: (0~50) ml ± 0.05 ml. 该设备特性: (0~50) ml 的最大误差为 -0.04 ml.					
验证结论: <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺陷 <input type="checkbox"/> 不符合    (注: 在选项上打√, 只选一项)					
验证人员签字: 黄斌			验证日期: 2020年7月13日		
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求? 代表 2. 计量要求导出方法是否正确? 正确 3. 测量设备的配备是否满足计量要求? 满足 4. 测量设备是否检定/校准? 校准 5. 测量设备验证是否正确? 正确					
审核员意见: 计量要求导出符合要求.					
企业代表签字: 张华			审核日期: 2020年12月10日		