



## 测量设备溯源抽查表

企业名称		广东新亚光电缆实业有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术质检部/检测中心	低倍投影仪	01N25	DTTA	U= (1.2+2.5L) μm,k=2	玻璃线纹尺 U=0.50μm, k=3	广州高铁计量检测股份有限公司	2020.8.1	√
技术质检部/检测中心	直读光谱仪	130034 23	LAB LAVM11	U=0.002%, k=2	纯铝光谱分析标准物质 s=(0.0001~0.0004)% s=(0.001~0.04)% s=(0.001~0.01)%	广州高铁计量检测股份有限公司	2020.8.1	√
技术质检部/检测中心	直流标准电阻	253	BZ3 型 0.01 级	0.01 级	电流比较仪多功能 校验装置 0.0001 级 直流标准电阻二等	广州计量检测技术研究院	2020.8.3 1	√
仓储部	电子汽车衡	161009 8016	SCS-100	III 级	砝码 M1 级	广州高铁计量检测股份有限公司	2020.3.1 6	√
生产部	工频火花试验机	5964	HS-2A	ACV: Urel=1.1% k=2	交直流分压器 DCV: Urel=0.16% ACV: Urel=0.15%,k=2 数字万用表 DCV: Urel=0.0008%, ACV: Urel=0.02%, DCA: Urel=0.005% ACA: Urel=0.03%, OHM:Urel=0.0015%, k=2	广州高铁计量检测股份有限公司	2020.8.1	√

## 审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由技术质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2020 年 12 月 7 日

审核员签字:

部门代表签字: