



测量设备溯源抽查表

企业名称	中国建筑材料工业地质勘查中心河北总队					审核员	徐伟东	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
测绘院	GPS接收机	VA10112043	H32	测量误差 $U=2.60\text{mm}$	GPS接收机检定场 (6-1000) m $U=(D\times 10^{-9})$	北京航天计量测试技术研究所	2020.3.10	√
测绘院	GPS接收机	4950409650	R4	测量误差 $U=2.60\text{mm}$	GPS接收机检定场 (6-1000) m $U=(D\times 10^{-9})$	北京航天计量测试技术研究所	2020.3.10	√
测绘院	数字水准仪	733064	DiNi03	S 05级	精密水准仪综合检验仪 (0-360) °C 2m-∞ 水平准线偏差 2.0"	河北省测绘计量站	2020.05.18	√
测绘院	数字水准仪	UH0851	DL-102C	S 1级	精密水准仪综合检验仪 (0-360) °C 2m-∞ 水平准线偏差 2.0"	河北省测绘计量站	2020.05.18	√
测绘院	全站仪	S94061	NTS-362RML	水平偏差 1.2" 竖直偏差 1.6"	全站检定装置 测角 (0-360) °C 测距 (0-2) km 测角 MPE:0.3" 测距 $\leq 1\times 10^{-6}$	金天维地测绘仪器有限公司 邯郸分公司	2020.03.20	√
测绘院	全站仪	4E1749	GPT-3005N	水平偏差 1.3" 竖直偏差 1.7"	全站检定装置 测角 (0-360) °C 测距 (0-2) km 测角 MPE:0.3" 测距 1×10^{-6}	金天维地测绘仪器有限公司 邯郸分公司	2020.03.11	√

审核综合意见:

经随机抽查该单位《测量设备台账》中GPS接收机、数字水准仪和全站仪等6份测量设备检定证书,并经现场对仪器设备确认核实,查明该单位分别委托了北京航天计量测试技术研究所【授权证书号: XK 国防-JLJG-1-003】、河北省测绘计量站【授权证书号: (冀)法计(2017)SH(002)号】和金天维地测绘仪器有限公司邯郸分公司【(邯)法计(2016)SH051号】等检测机构对上述相关仪器进行检定,均已按计划进行了量值溯源,符合相关文件规定要求。

审核日期: 2020年12月22日~12月23日

审核员签字:

徐伟东

部门代表签字:

周学军