



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 查在用检具, 不能提供在用检具: 钢卷尺、游标卡尺、万用表、钳形表等有效的校准或检定证书。

纠正情况: 立即安排工作人员对公司的量具实施送检, 并取回校准证书。

原因分析: 由于工作人员不认真, 对GB/T 19001:2016标准7.1.5条款理解不到位, 导致没能及时对量具实施送检。

纠正措施: 对工作人员实施培训, 重点关注GB/T 19001:2016标准7.1.5条款, 同时开展举一反三检查。

预定完成日期: 2020.12.28

举一反三检查情况:

举一反三检查完毕, 有效。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施完毕, 验证有效。

验证人: [Signature]

日期: 2020.12.28

受审核方代表: [Signature]

日期: 2020.12.18