







不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	嘉兴康马士箱包有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	梁惠萍
<p>不符合事实描述：</p> <p>企业未对“游标卡尺、克重仪、电子称等”计量检测设备进行校准/验证</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员： 审核组长： 受审核方代表：</p> <p>日期：2021年1月27日 日期：2021年1月27日 日期：2021年1月27日</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>培训记录</p> <p>校准报告</p> <p>纠正措施有效</p> <p>审核员： 日期：2021年2月1日</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

计量检测设备未送检

纠正情况:

安排人员送检

原因分析:

相关人员对标准培训不到位

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2021 年 3 月

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训有效, 未发生类似不符合

验证人: 梁惠萍日期:

培 训 记 录 表

编号：KMS-JL-13


No: 01

培训题目	外审不符合关闭		
培训时间	2021.2.1	培训老师	曾老师
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授、讨论、演练
参加培训人员： 朴贞实 王雅萍 唐华荣 杜天聪 刘正龙及相关负责人			
培训内容摘要： GB/T19001-2016标准7.1.5条款内容及运用 计量法相关内容			
考试（考核）方式： ①笔试（ <input checked="" type="checkbox"/> ）；②口头询问（ <input type="checkbox"/> ）；③操作（ <input type="checkbox"/> ）；④笔试与口试相结合（ <input type="checkbox"/> ）；⑤笔试与操作相结合（ <input type="checkbox"/> ）；⑥笔试与实际相结合（ <input type="checkbox"/> ）。 注：在所采用方式后面括号中打“√”。			
考试（考核）成绩统计： 优秀（ <input type="checkbox"/> ）人； 良好（5）人； 及格（ <input type="checkbox"/> ）人； 不及格（ <input type="checkbox"/> ）人。			
考试合格率：100%			
培训有效性评价：有效（ <input checked="" type="checkbox"/> ）；基本有效（ <input type="checkbox"/> ）；无效，需重新培训（ <input type="checkbox"/> ）。			
评价部门：行政部 负责人/时间：张基范/ 2021.2.1			
备注：			

嘉兴市计量技术服务站



扫码验真



21BA00302001

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: FWZX-2021011676

Certificate No.

委托方: 嘉兴康马士箱包有限公司

Customer

单位地址: 嘉兴市秀洲区油车港镇兴港西路 156 号

Address

器具名称: 电子天平

Name of Sample

制造厂: 上海光正医疗器械有限公司

Manufacturer

型号/规格: YP3102

Type/Specification

器具编号: 1107634

Sample No.

校准日期:

2021

年

01

月

27

Date of Calibration

Year

Month

Day



校准: 崔冬晨

崔冬晨

Calibrated by

核验: 沈根强

沈根强

批准: 沈根强

沈根强

Checked by

Approved by

证书号: (2015) 浙量校(嘉) S001 号

Certificate No.

浙江省嘉兴市祝家港路 66 号内

邮编: 314050

Post Code

电话: 0573-82083096

telephone

证书提供的结果仅对本次校准有效,未经本站批准,部分采用本证书内容无效。

This result only valid for this Certificate, partly using this report will not be admitted unless allowed by FWZ.


第1页共2页



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0962



扫码验证



21BA00365001

嘉兴市计量技术服务站

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: FWZX-2021020014

Certificate No.

委托方: 嘉兴康马士箱包有限公司

Customer

单位地址: 嘉兴市秀洲区油车港镇兴港西路 156 号

Address

器具名称: 数显卡尺

Name of Sample

制造厂: 广陆

Manufacturer

型号/规格: (0-150) mm

Type/Specification

器具编号: K18C199088

Sample No.

接收日期: 2021 年 02 月 01 日
Date of Calibration Year Month Day

校准日期: 2021 年 02 月 01 日
Date of Calibration Month Month Day

发布日期: 2021 年 02 月 01 日
Date of Release Year Month Day

校准: 张奇华
Calibrated by

核验: 马敏伟
Checked by

批准: 沈丹
Approved by



备案证书号: (2015) 浙量校(器) S001 号

Filing Certificate No.

地址: 浙江省嘉兴市祝家港路 66 号内

Address

邮编: 314050

Post Code

电话: 0573-82088096

telephone

警告: 本证书提供的结果仅对本次校准有效, 未经本站批准, 部分采用本证书内容无效。

Attention: This result only valid for this Certificate, partly using this report will not be admitted unless allowed by FWZ.

第1页共2页