



编号：0021-2020-2021

### 测量设备溯源抽查表

企业名称		淄博胜利乾庆物资经贸有限公司				审核员	姜丽	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	游标卡尺	B13028	(0~100)mm	$U=0.01\text{mm}, k=2$	量块/4等	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.1.28	√
生产部	外径千分尺	54205	(50~75)mm	$U=1.0\mu\text{m}, k=2$	量块/3等	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.1.28	√
生产部	深度游标卡尺	1104190	(0~200)mm	$U=0.01\text{mm}, k=2$	量块/4等	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.1.28	√
生产部	内径百分表	1008287	(35~50)mm	$U=5\mu\text{m}, k=2$	光栅式指示表检定仪/ $U=0.3\mu\text{m}, k=2$	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.1.28	√
生产部	涂层测厚仪	N832725	OU3600	$(0-50)\mu\text{m}: U=0.61\mu\text{m}$ $(50-1000)\mu\text{m}: U=2.1\mu\text{m}; k=2$	测厚仪标准片 36542	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.1.28	√
生产部	布洛维硬度计	SLQQ-019	HBRV-18 7.5	$U_{rel}=2.6\%, k=2$	标准硬度块	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.1.28	√
生产部	接地电阻测试仪	RL195364	MRU-20	电阻: $U_{rel}=1.3\%, k=2$ 电流: $U_{rel}=1.4\%, k=2$ 时间: $U=0.1\text{s}, k=2$	接地电阻表 检定装置 1810011 电子秒表 $U=0.01\text{s}$	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.1.28	√
生产部	绝缘电阻测试仪	20136301 7	ZC25-3	DCU: $U_{rel}=1.3\%; k=2$ IR: $U_{rel}=1.4\%; k=2$	可调式高阻箱 $U_{rel}=0.06\%, k=2$	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.1.28	√



审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

该公司未建立最高计量标准, 所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准, 抽查 7 份测量设备检定/校准证书, 检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。

审核日期: 2021 年 2 月 3 日

审核员签字:

部门代表签字: