



编号: 0148-2018-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | | 广东宸际内衣生物科技有限公司 | | | | | | |
|------|--------|----------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品控部 | 电子天平 | 9035995 | JE302 | III级 | 砝码 F2 等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2020.12.07 | √ |
| 品控部 | 验布机 | YB01 | CW-888B | ±0.09mm | 电子数显卡尺 U=0.01mm, k=2; 智能测长仪 U=0.06%, k=2 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2020.12.07 | √ |
| 品控部 | 圆盘取样器 | 001 | -- | ±0.5cm ² | 钢直尺 U=0.11mm, k=2; 电子数显卡尺 U=0.02mm, k=2 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2018.11.21 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | CJ001 | (0~500)mm | ±0.1mm | 塞尺, MPE: ±(5~16) μm; 读数显微镜, MPE: 10 μm; 标准金属线纹尺, 三等 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2018.11.26 | √ |
| 生产部 | 电子秤 | 75520 | JSC-D6 | III级 | 砝码 (001-300/20kg)/M1 级 砝码 (500g~10kg)/M1 级 砝码 (100mg-2000g)/M1 级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2020.12.07 | √ |

审核综合意见:

公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由技术部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价，校准/检定证书统一由技术部保存。

根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021年3月18日

审核员签字:

梅淑明

部门代表签字:

杨甘珠

