



编号: 0226-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	四川英才教学设备有限公司					审核员	杨庆	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	压力表	1811	(0-25) MPa	2.5 级	智能数字压力校验仪 0.05 级	绵阳市计量测试所	2020.10.21	√
质检部	游标卡尺	YC/01	(0-150)mm	±0.02mm	量块 5 等	绵阳市计量测试所	2020.10.26	√
质检部	数显测厚仪	18011496	(0-25) mm	$U=0.2 \mu m, K=2$	量块 4 等	绵阳市计量测试所	2020.10.20	√
质检部	测厚仪	YC/02	(0-10) mm	$U=0.2 \mu m, K=2$	量块 4 等	绵阳市计量测试所	2020.10.20	√
质检部	普通钢卷尺	YC/04	(0-3.5) m	II 级	标准钢卷尺 $U=(5+5L) \mu m, K=2$	绵阳市计量测试所	2020.10.19	√
质检部	钢直尺	YC/05	(0-1000) mm	0.2mm	三等标准金属线纹尺三等	绵阳市计量测试所	2020.10.20	√
质检部	通用卡尺	18099616	(0-200) mm	±0.02mm	量块 5 等	绵阳市计量测试所	2020.10.19	√

审核综合意见:

企业已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》。该企业没有建立最高计量标准,测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备委托有资质的绵阳市计量测试所单位检定/校准,质检部负责保存测量设备的校准/检定证书。抽查企业 7 台测量设备,符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 3 月 27 日~ 3 月 28 日

审核员签字:

杨庆

部门代表签字:

杨庆