



编号: 0210-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	成都厚德富铭环境科技有限公司					审核员	胡琳	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
综合管理部	紫外可见分光光度计	19BLH3BA 8121	LH-3BA	II级	紫外可见分光光度计检定装置	成都市计量检定测试院	2020.7.28	√
综合管理部	单标线容量瓶	12	A100ml	A级合格	电子天平II级	成都市计量检定测试院	2018.12.17 (检定周期36个月)	√
综合管理部	分度吸量管	7	A1ml	A级合格	电子天平I级	成都市计量检定测试院	2018.12.17 (检定周期36个月)	√
综合管理部	量筒	16	In100ml	1级	电子天平II级	成都市计量检定测试院	2018.12.17 (检定周期36个月)	√
综合管理部	电子天平	251806	ESJ200-4B	I级	电子天平检定装置 E ₁ 、E ₂ 、F ₁ 、F ₂ 等级	成都市计量检定测试院	2020.0529	√

审核综合意见:

公司未建标准器, 测量设备全部送至成都市计量检定测试院检定、校准, 抽查、5 台件测量设备, 符合量值溯源性管理的要求。

审核日期: 2021 年 4 月 14 日

审核员签字:

胡琳

部门代表签字:

李成