编号：0072-2020-2021

不符合项报告

企业名称：安徽晓阳不锈钢管道制造有限公司　　不符合报告编号：01

企业下属部门:生产技术部　　陪同人员：刘春梅

不符合事实描述：

查生产技术部的编号为 1805494 的百分表已与 2021 年 04 月 23 日实施了校准，证书编号：YCCD2021-1-000145，但未进行计量确认。

不符合认证审核准则条款号：7.1.1 总则

不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ；

审核员(签名) 龙梁雄　陪同人员(签名) 刘春梅

企业部门代表（签名）陈旭刃

日期：2021 年 4 月 27 日

纠正措施：

1. 立即对编号为1805494的百分表进行计量确认。
2. 举一反三，查其它测量设备，如有类似问题一并解决。

企业部门代表签名：陈旭刃　　审核员签名：龙梁雄

纠正措施完成情况：

整改措施已落实，验证有效。

审核组代表签名：刘宏英　　日期:2021 年 4 月 27 日

可另附页