



### 测量设备溯源抽查表

编号: 0087-2020-2021

企业名称	星禾环保科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术部	数字万用表	/	AT9205 D	$U=0.0018\text{mA}, k=2$	多用表校准系统: ACI: $U=(0.007-0.004)\text{mA}, k=2$	方圆检测认证有限公司	2020.03.30 (间隔 24 月)	√
技术部	氙灯	XD5665-10J 星禾	德国 Heraeus	$U_{\text{rel}}=25\%, k=2$	紫外氙灯: $U_{\text{rel}}=(5.0-15)\%, k=2$	上海市计量测试技术研究院	2020.08.27	√
技术部	标准镜片	/	STGR-6 60	$U=0.3\%, k=2$	紫外可见近红外分光光度计检定装置: 波长: $U=(0.1-0.5)\text{nm}, k=2$ 透射比: $U=(0.1-0.3)\%, k=2$	河南省计量科学研究院	2020.10.16	√

审核综合意见:

公司未建最高计量标准, 测量设备由商务部负责溯源。公司测量设备全部委托方圆检测认证有限公司、上海市计量测试技术研究院、河南省计量科学研究院等机构检定/校准, 检定/校准证书由商务部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 5 月 20 日上午~5 月 21 日 上午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

乔伟力