



# 检定证书

证书编号：霸力字第 2021T00106 号

送 检 单 位	<u>廊坊京盛食品有限公司</u>
计 量 器 具 名 称	<u>电子天平</u>
型 号 / 规 格	<u>BT-600</u>
出 厂 编 号	<u>1114188</u>
制 造 单 位	<u>启东友铭衡器有限公司</u>
检 定 依 据	<u>JJG 1036-2008 《电子天平检定规程》</u>
检 定 结 论	<u>准予<math>\text{\textcircled{A}}</math>级使用</u>

(检定专用章)

批准人	<u>姜树松</u>
核验员	<u>姜树松</u>
检定员	<u>冯岩梅</u>

检定日期 2021 年 07 月 12 日

有效期至 2022 年 07 月 11 日

# 霸州市质量技术监督检验所



证书编号: <<报告编号>>

## 1. 本次检定所用计量标准:

计量标准证书编号:	[2020]廊量标霸州法证字第 003 号	有效期	2024-09-07
使用的计量标准:	F <sub>1</sub> 等级公斤组砝码标准装置		
溯源性(发证机构):	本次检定所用的计量标准均可溯源至国家基准		

## 2 检定所用的计量标准器:

名称	规格/型号	出厂编号	不确定度、准确度或最大允许误差	证书编号	有效期
F <sub>1</sub> 等级标准砝码	1mg~1000g	838	F <sub>1</sub> 等级	TP2020A-0288	2021-11-10

## 3. 检定地点、环境条件:

地点:	现场			
温度:	25℃	相对湿度:	45%	其它: /

## 4.

限制使用条件和测量范围: /

- 注: 1、未经本所书面授权, 不得部分复印本证书。  
2、本证书的检定结果仅对所检仪器有效。  
3、本证书未加盖检定专用章无效。



## 5. 检定结果/说明:

## 检定结果

实际分度值  $d=0.1g$ ; 检定分度值  $e=1g$ ; 最大称量  $Max=600g$ 

检定项目		检定结果(g)	最大允许误差
天平偏载误差		0.0	$\pm 0.5e$
天平重复性		0.1	$\pm 1.0e$
天平 示 值 误 差	$0 \leq m \leq 50 g$	0.0	$\pm 0.5e$
	$50 g \leq m \leq 200 g$	0.2	$\pm 1.0e$
	$200 g \leq m \leq Max$	0.4	$\pm 1.5e$

以下为空

- 注: 1、未经本所书面授权, 不得部分复印本证书。  
 2、本证书的检定结果仅对所检仪器有效。  
 3、本证书未加盖检定专用章无效。