



测量设备溯源抽查表

编号: 0132-2020-2021

企业名称: 濮阳市东昊机械电子有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	洛氏硬度计	1636	HR-150 A	±1.5HRC $U=0.5HRC, k=2$	标准洛氏硬度块: $U=0.4HRC, k=2$	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020.10. 15	√
质检部	表面粗糙度比较样块	09467	32 块组	$U_{rel}=7%, k=2$	表面粗糙度比较样块校准装置: ±3%	河南省计量科学研究院	2020.11. 02	√
生产部	游标卡尺	U62064	(0-500) mm	±0.05mm $U=0.02mm, k=2$	量块: 2 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2021.1.1 9	√
生产部	外径千分尺	W239	(50-75) mm	±5μm $U=1μm, k=2$	千分尺量块: 2 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2021.1.1 9	√
质检部	里氏硬度计	DH-LS-00 1	HLN20 0	±12HLD $U=6HLD, k=2$	标准里氏硬度块: $U=5HLD, k=2$	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020.10. 15	√
质检部	外螺纹牙高量规	WGW-13 2808	WGW	$U=4μm, k=2$	校验仪: $U=3μm, k=2$	宝鸡市石油量规检测中心	2021.04. 09	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏世通仪器检测服务有限公司、河南省计量科学研究院、宝鸡市石油量规检测中心进行检定校准, 检定校准证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 07 月 09 日上午-07 月 09 日下午

审核员签字: 刘复荣

部门代表签字: 赵鹏程