



测量设备溯源抽查表

编号: 0131-2020-2021

企业名称	扬州市楚楚文体玩具有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生技部	卷尺	CC-001	0-3m	U=0.3mm K=2	标准钢卷尺 U=5 μ m	深圳中电 计量测试 技术有限公司	2021.6.11	√
生技部	游标卡尺	CC-007	0-150mm	±0.02mm	4 等量块		2021.6.11	√
生技部	半径规	CC-008	R7.5-15	U=3 μ m K=2	万显工具显微镜 U=0.3 μ m K=2		2021.6.11	√
生技部	小零件试验仪	CC-005	(0-3) m	U=0.01mm K=2	1 级标准钢卷尺		2021.6.11	√
生技部	钢直尺	CC-002	(0-1) m	U=0.03mm K=2	三等标准金属线纹尺		2021.6.11	√
生技部	推拉力计	CC-006	NK-100	U=0.3% K=2	M1 级 力值砝码		2021.6.11	√
生技部	手持式扭力表	CC-004	STK-60	U=1.5% K=2	数字扭矩仪 U=0.3% K=2		2021.6.11	√

审核综合意见:

企业未建立最高标准器, 所有测量设备均送至深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准, 抽查 7 份测量设备, 量值溯源满足要求。

审核日期: 2021 年 8 月 21 日~8 月 22 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。