



测量设备溯源抽查表

编号: 0209-2020-2021

企业名称	自贡市贝尔吉教学仪器设备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部/ 生产车间	台秤	---	TGT-500A	III 级	砝码 M1 级	四川省川南计量测试中心自贡检验检测院	2021/05/19	√
生产部/ 生产车间	案秤	---	ACS-10	III 级	砝码 M1 级	四川省川南计量测试中心自贡检验检测院	2021/05/19	√
生产部/ 生产车间	绝缘电阻表	7014070	ZC25-3	10 级	兆欧表端电压测量仪 1.0 级 标准高阻箱 0.2 级	四川省川南计量测试中心自贡检验检测院	2021/05/18	√
质检部	耐压测试仪	1104007-0 12	CS2672DX	5 级	耐压测试仪 校验装置 0.2 级	四川省川南计量测试中心自贡检验检测院	2021/05/18	√
生产部/ 生产车间	钢卷尺	---	5m	2 级	MPE:(0.03+ 0.03L)mm	四川省川南计量测试中心自贡检验检测院	2021/05/14	√
质检部	游标卡尺	11020623 17	(0-150) mm	MPE: ±0.03mm	量块 五等	四川省川南计量测试中心自贡检验检测院	2021/05/14	√
---	---							

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建立最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托四川省川南计量测试中心自贡检验检测院等机构检定/校准, 校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 11 月 22 日~ 11 月 22 日

审核员签字:

杨松

部门代表签字:

黄洋

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。