



测量设备溯源抽查表

编号: 0166-2018-2021

企业名称 开封市盛达水表有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生技部	水表检定装置	927	LS-6B DN80~DN200	0.2级	二等金属量器标准装置: MPE:±2.5×10 <sup>-4</sup> 秒表: MPE:±0.4s 温度计: MPE:±0.20℃	河南省计量科学研究院	2021.9.12 (24月)	√
生技部	水表检定装置	552	LS-3B DN (15-25) mm	0.2级	二等金属量器标准装置: MPE:±2.5×10 <sup>-4</sup> 标准金属量器: 二等	开封市质量技术监督检验测试中心	2021.05.07	√
生技部	水表检定装置	558	LS-3B DN(15-25) mm	0.2级	二等金属量器标准装置: MPE:±2.5×10 <sup>-4</sup> 标准金属量具: 二等	开封市质量技术监督检验测试中心	2021.05.07	√
质检部	数字万用表	181200 165	VL9205A	U=0.002V k=2	多功能标准源: 0.01级	开封市质量技术监督检验测试中心	2021.01.07	√
质检部	架盘天平	Q3260	JYT-10 1g~1000g	III级	F <sub>1</sub> 级克组砝码标准: 10mg~500g, F <sub>1</sub> 等级 F <sub>1</sub> 级公斤组砝码标准: 1kg~10kg, F <sub>1</sub> 等级	开封市质量技术监督检验测试中心	2021.01.15	√
生技部	游标卡尺	H1145	(0-300) mm	±0.04mm	量块(8块组): 4等 量块(12组) 5等	开封市质量技术监督检验测试中心	2021.01.08	√
生技部	温湿度表	02	WSB-A1	温度: +0.4℃ 湿度: +4.0%RH	精密露点仪: 二级 温湿度检定箱: U=0.5%RH	开封市质量技术监督检验测试中心	2021.01.14	√
<p>审核综合意见: 公司未建立最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托“开封市质量技术监督检验测试中心(计量检定机构授权证书号: (豫)法计(2018)410003号、河南省计量科学研究院(:(国)法计(2017)01031号)进行检定校准, 检定校准证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。</p>								
<p>审核日期: 2021年11月15日上午-2021年11月16日上午</p>								
<p>审核员签字:  部门代表签字: 张海龙</p>								