



测量设备溯源抽查表

编号: 0228-2019-2021

企业名称 郑州永邦测控技术有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	数字万用表	1469020	8808A	DCV:Urel=0.15%, k=2 ACV:Urel=0.29%, k=2 DCV:Urel=0.36%, k=2 ACV:Urel=0.55%, k=2 电阻: Urel=0.18%, k=2	多用表校准系统: DCV:Urel=0.008%, k=2; ACV:Urel=0.011%, k=2; DCV:Urel=0.012%, k=2; ACV:Urel=0.017%, k=2; 电阻:Urel=0.007%, k=2。	方圆检测认证有限公司	2021.09.15	√
质量部	绝缘电阻表	15060324	ZC11D-10	绝缘电阻值: 1MΩ~100MΩ: Urel=0.81%,k=2; 100MΩ~2GΩ: Urel=3.6%,k=2; 2GΩ~10GΩ: Urel=1.7%,k=2;	兆欧表标准电阻器: 电阻: Urel=0.07%, k=2;	方圆检测认证有限公司	2021.09.15	√
质量部	压力表	HA65540970580	(0-6)MPa	±0.24MPa Urel=0.5%FS, k=2	智能数字压力校验仪: 0.05级	方圆检测认证有限公司	2021.09.15	√
质量部	数字电桥	Q6-610-03423	TH2816B	电容: Urel=0.31%, k=2 电感: Urel=0.32%, k=2 电阻: Urel=0.13%, k=2	十进电感箱: 电感:Urel=0.29%,k=2; 十进电容箱: 电容: Urel=0.58%~0.60%,k=2; 精密十进位交直流电阻箱: 电阻: U=(0.0003-0.23)Ω,k=2;	方圆检测认证有限公司	2021.09.15	√
质量部	温湿度表	02240130	WS-A1	温度: ±2℃; U=0.12℃,k=2 相对湿度: ±7%RH; U=2%RH, k=2	温湿度检定箱: 温度 U=0.12℃,k=2 湿度 U=1.6%RH,k=2 冷镜式露点仪: 温度 U=0.01℃,k=2 相对湿度 U=0.6%RH~0.8%RH, k=2	方圆检测认证有限公司	2021.09.14	√
质量部	液位仪自动精准校准台	Zdjd01	4m	U=20 μm, k=2	激光干涉仪: (0~80) m MPE: ±(0.03+0.5×10 ⁻⁶ L) μm	河南省计量科学研究院	2021.09.07	

审核综合意见:

公司已制定《计量职能控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托方圆检测认证有限公司和河南省计量科学研究院检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021年10月26日上午~10月26日下午

审核员签字:

部门代表签字: