



## 测量设备溯源抽查表

编号: 0246-2020-2021

企业名称	沈阳中科奥维科技股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质管部	数字压力控制器	3336095	PPC4(0~7)MPa	$U_{rel}=0.03\%(k=2)$	智能数字压力校验仪 0.02级	辽宁省计量科学研究院	2020年 11月03日	√
质管部	数字压力校验仪	5256805/10636201	DPI612(0~60)MPa	$U_{rel}=0.03\%(k=2)$	智能数字压力校验仪 0.02级	辽宁省计量科学研究院	2020年 11月03日	√
质管部	LCR测试仪	131202402	HIOKI	$U_{rel}=0.5\%(k=2)$	电感电阻电容箱 MPE±0.1%	辽宁省计量科学研究院	2020年 10月28日	√
质管部	外径千分尺	1321536	(0~25)mm	$U=1.3\mu m(k=2)$	量块: 3等1级	中国赛宝实验室计量检测中心	2021年 10月09日	√
质管部	数显卡尺	11023238	(0~200)mm	$U=0.01mm(k=2)$	量块: 3等1级	中国赛宝实验室计量检测中心	2021年 10月11日	√

**审核综合意见:**

公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源，测量设备委托“辽宁省计量科学研究院”、“中国赛宝实验室计量检测中心”进行检定/校准，检定/校准证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021年10月27日上午~2021年10月27日下午

审核员签字:

部门代表签字: